

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN 0241

UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION APURIMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001037

Señores :		<b>R.U.C.</b>
Dirección :		
Teléfono :	Fax :	
Nro. Cons. : 132	Fecha : 04/02/2021	Documento : PEDIDO 00054
Concepto :		

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INCUBADORA NEONATAL  TÉRMINO DE REFERENCIA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INCUBADORA DRAGUER BABY CALEO		
<b>TOTAL</b>			

Las cotizaciones deben estar dirigidas a REGION APURIMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY en la siguiente dirección : AV. DANIEL A. CARRION S/N PATIBAMBA ALTA ABANCAY. Teléfono : FAX 083-323026

**Condiciones de Compra**

- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

Atentamente

  
 Área de Logística



# GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC

Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega  
**SERVICIO DE NEONATOLOGIA**

*"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de independencia"*



## TERMINO DE REFERENCIA

### 1. ENTIDAD.

SERVICIO DE NEONATOLOGIA

### 2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Proporcionar Mantenimiento correctivo de Incubadora Girafe por la misma EMPRESA CORRESPONDIENTE A LA RESPECTIVA MARCA.

### 3. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

#### RESPONSABILIDADES: FUNCIONES Y ACTIVIDADES

- Inspección general de Equipo.
- Desmontaje del Equipo en General.
- Revisión del Sistema Eléctrico y Electrónico.
- Revisión del Sistema de humidificación.
- Revisión y cambio de cable Sensores de Temperatura (10).
- Revisión de Sistema de Calentamiento aire.
- Cambio de Cámara de agua (01) y sistema de calentamiento para su respectiva humidificación.
- Cambio de Filtros de incubadora (20)

### 4. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La Conformidad del Servicio será emitida por el área usuaria una vez culminado el Servicio de Mantenimiento correctivo de Incubadora Dual Girafe.

**Abancay, 19 de Enero del 2021.**

HOSPITAL REGIONAL  
GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA  
  
Lic. Mery Guillen Ramos  
JEFA DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA  
C.E.P. N° 41865 R.E.E. N° 6847